

WAADAPRZKPL1



Dane techniczne

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030 CAT II 1000 V
Obciążalność długotrwała 32 A



OSTRZEŻENIE

Bezpieczeństwo użytkownika nie może być zagwarantowane, jeśli nie będzie on postępował zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa wymienionymi poniżej.

- Podczas instalacji w miejscu pomiaru nie może być ono pod napięciem.
- Przed użyciem sprawdź, czy izolacja akcesoriów testowych jest właściwa i czy nie jest uszkodzona.
- Jeśli izolacja akcesoriów testowych zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzona, natychmiast zaprzestań ich używania.



W przypadku używania akcesoriów testowych w połączeniu z innymi akcesoriami, dane do oceny – w szczególności kategoria pomiarowa – są zawsze określone przez akcesorium z najniższymi danymi oceny lub kategorią pomiarową.



Technical data

Measurement category acc. to EN 61010-2-030 CAT II 1000 V
Long-lasting load 32 A



WARNING

The safety of the user cannot be guaranteed should they fail to comply in full with safety instructions listed below.

- During installation, the measurement point must not be under voltage.
- Before use please check if the insulation of the test accessory is proper and not damaged.
- Should the insulation of the test accessory become damaged in any way, please stop using the accessory immediately.



When using the test accessory in combination with any other accessories, the rating data – the measurement category in particular – are always determined by the accessory with the lowest ratings data or measurement category.

SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland

Customer Service
tel. +48 74 884 10 53

e-mail (GLOBAL):
customerservice@sonel.com

e-mail (PL):
bok@sonel.pl

www.sonel.com

v1.01 | 23.10.2023

WAADAPRZKPL1 

Technische Daten

Messkategorie nach EN 61010-2-030	CAT II 1000 V
Langanhaltende Last	32 A



WARNUNG

Die Sicherheit des Benutzers kann nicht gewährleistet werden, wenn die hier aufgeführten Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden.

- Bei der Installation - Anschluss spannungsfrei.
- Von Gebrauch - Isolation des Messzubehörs auf Beschädigung prüfen.
- Isolation des Messzubehörs beschädigt - nicht mehr verwenden.



Die Bemessungsdaten – wie zum Beispiel die Messkategorie – werden bei Verwendung des Messzubehörs in Kombination mit anderen Messzubehören immer von dem Zubehör mit den niedrigsten Bemessungsdaten bestimmt.



Datos técnicos

Categoría de medición según EN 61010-2-030	CAT II 1000 V
Carga duradera	32 A



ADVERTENCIA

La seguridad del usuario no se puede garantizar si no cumple con las instrucciones de seguridad que se enumeran a continuación.

- Durante la instalación, el punto de medición no debe estar bajo tensión.
- Antes de usar, compruebe si el aislamiento de la punta de prueba es correcto y no está dañado.
- Si el aislamiento de la punta de prueba se daña de alguna manera, deje de usar el accesorio inmediatamente.



Quando se utiliza la punta de prueba en combinación con cualquier otro accesorio, los datos de calificación – en particular la categoría de medición – siempre queda determinado por el accesorio con los datos de calificación o categoría de medición más bajos.

SONEL S.A.

Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland

Customer Service

tel. +48 74 884 10 53

e-mail (GLOBAL):
customerservice@sonel.com

e-mail (PL):
bok@sonel.pl

www.sonel.com